

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310047  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TGO (IFCC) R1 5X40ML + R2 1X50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2040250K  
**LOTE / LOT:** 10732526249  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 09/09/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 09/10/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGO (ASAT) R1 40ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2040040R1K  
**LOTE / LOT:** 10735326234  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 12/10/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGO (ASAT) R2 50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2040050R2K  
**LOTE / LOT:** 10735426231  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 09/10/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS                                                         | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIQUIDO LIMPIDO, AMARELO PALHA/CLEAR, STRAW YELLOW LIQUID                                  | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH R1                             | 7,65 (7,55-7,75)                                                                           | 7.7300              |
| pH R2                             | 9,60 (9,50-9,70)                                                                           | 9.5800              |
| pH R1 + R2                        | 7,65 (7,55-7,75)                                                                           | 7.6900              |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0,015 (0,00-0,03)                                                                          | 0.0090              |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 1,875 (1,80-1,95)                                                                          | 1.9140              |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**  
Controle de Qualidade / Quality Control