

Certificado de Análise Analysis Certificate

ANVISA 80115310047
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGO (IFCC) R1 4 X 34,5 ML + R2 4 X 10,3 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2040179.2R
LOTE / LOT: 1111952689
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/01/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 14/11/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGO (IFCC) R1 34,5 ML + R2 10,3 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2040044.8T
LOTE / LOT: 1111942686
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 14/11/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIQUIDO LIMPIDO, AMARELO PALHA/CLEAR, STRAW YELLOW LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 7,65 (7,55-7,75) | 7,64 |
| pH R2 | 9,60 (9,50-9,70) | 9,65 |
| pH R1 + R2 | 7,65 (7,55-7,75) | 7,69 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0,015 (0,00-0,03) | 0,011 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 1,875 (1,80-1,95) | 1,891 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.