

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310047
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGO (IFCC) R1 4 X 34,5 ML + R2 4 X 10,3 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2040179.2R
LOTE / LOT: 1111952698
DATA DE FABR./MANUF. DATE 18/08/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/07/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGO (IFCC) R1 34,5 ML + R2 10,3 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2040044.8T
LOTE / LOT: 1111942695
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/07/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO, AMARELO PALHA/CLEAR, STRAW YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,65 (7,55-7,75)	7,73
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,58
pH R1 + R2	7,65 (7,55-7,75)	7,69
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,00-0,03)	0,009
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,80-1,95)	1,914
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control