

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310051
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGP (IFCC) R1 5X40ML + R2 1X50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2050250K
LOTE / LOT: 10732626257
DATA DE FABR./MANUF. DATE 28/07/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 26/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGP (ALAT) R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2050040R1K
LOTE / LOT: 10738726237
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 26/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGP (ALAT) R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2050050R2K
LOTE / LOT: 10738826235
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,15 (7,05-7,25)	7,14
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,68
pH R1 + R2	7,15 (7,05-7,25)	7,16
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,01
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,800-1,950)	1,917
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control