# Certificado de Análise
## Analysis Certificate

| | |
|---|---|
| **ANVISA** | 80115310051 |
| **DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** | TGP (IFCC) R1 4 X 34,5 ML + R2 4 X 10,3 ML |
| **COD. INTERNO / INTERNAL CODE** | 2050179.2R |
| **LOTE / LOT:** | 11119726101 |
| **DATA DE FABR./MANUF. DATE** | 15/10/2026 |
| **DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** | 11/11/2027 |

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** | TGP (IFCC) R1 34,5 ML + R2 10,3 ML |
| **COD. INTERNO / INTERNAL CODE** | 2050044.8T |
| **LOTE / LOT:** | 11119626102 |
| **DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** | 11/11/2027 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---|---|---|
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 7,15 (7,05-7,25) | 7.1400 |
| pH R2 | 9,60 (9,50-9,70) | 9.6400 |
| pH R1 + R2 | 7,15 (7,05-7,25) | 7.1800 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0,015 (0,000-0,030) | 0.0110 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 1,875 (1,800-1,950) | 1.8280 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**
**Controle de Qualidade / Quality Control**