

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310051  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TGP (IFCC) R1 4 X 34,5 ML + R2 4 X 10,3 ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2050179.2R  
**LOTE / LOT:** 1111972693  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 21/01/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 04/12/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGP (IFCC) R1 34,5 ML + R2 10,3 ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2050044.8T  
**LOTE / LOT:** 1111962694  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 04/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,15 (7,05-7,25)	7,15
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,60
pH R1 + R2	7,15 (7,05-7,25)	7,16
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,011
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,800-1,950)	1,896
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.