

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310051
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGP (IFCC) R1 4 X 34,5 ML + R2 4 X 10,3 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2050179.2R
LOTE / LOT: 1111972695
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/04/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/06/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGP (IFCC) R1 34,5 ML + R2 10,3 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2050044.8T
LOTE / LOT: 1111962696
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/06/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,15 (7,05-7,25)	7.1600
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9.6600
pH R1 + R2	7,15 (7,05-7,25)	7.1700
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0.0100
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,800-1,950)	1.8810
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control