

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310039
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 2X50ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1060100K
LOTE / LOT: 1120442612
DATA DE FABR./MANUF. DATE 29/07/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/07/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE TRIGLICERIDEOS 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1060003P
LOTE / LOT: 10725426128
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/12/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1060050MK
LOTE / LOT: 1120532614
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/07/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARELO/CLEAR, YELLOW	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7,2 (7,1-7,3)	7,18
Absorbancia / Absorbance	0,040 (0,000-0,080)	0,011
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control