

Certificado de Análise Analysis Certificate

ANVISA 80115310207
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS WS 3X40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1060120MKWS
LOTE / LOT: 1124692632
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/09/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/07/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TRIGLICERIDEOS WS MONORREAGENTE 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1060040MMKWS
LOTE / LOT: 1124702631
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/07/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARELO/CLEAR, YELLOW	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7,2 (7,1-7,3)	7.1800
Absorbancia / Absorbance	0,040 (0,000-0,080)	0.0110
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control