

Certificado de Análise Analysis Certificate

ANVISA 80115310087
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CAPAC. DE LIG. DO FERRO NAO SAT. UIBC 2X20ML + 1X10 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3050050K
LOTE / LOT: 10783625157
DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/10/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CAPACIDADE DE LIG. DO FERRO NAO SAT. UIBC R1 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3050020R1K
LOTE / LOT: 10783025129
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CAPACIDADE DE LIG. DO FERRO NAO SAT. UIBC R2 10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3050010R2K
LOTE / LOT: 10783225130
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/10/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO A OPACO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR TO OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOWISH | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIMPIDO, AMARELO/CLEAR, YELLOW | Conforme/According |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL | Conforme/According |