

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310087  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CAPAC. DE LIG. DO FERRO NAO SAT. UIBC 1X40ML + 1X10 ML  
LOTE / LOT: 114837256  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/06/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 23/08/2026

---

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CAPACIDADE DE LIG. DO FERRO NAO SAT. UIBC R1 40 ML (MYKOV)  
LOTE / LOT: 114835255  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 23/08/2026

---

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CAPACIDADE DE LIG. DO FERRO NAO SAT. UIBC R2 10 ML (MYKOV)  
LOTE / LOT: 114836255  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 23/08/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION   | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO A OPACO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR TO OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOWISH       | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIMPIDO, AMARELO/CLEAR, YELLOW  | Conforme/According  |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL | Conforme/According  |