

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310087  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CAPAC. DE LIG. DO FERRO NAO SAT. UIBC 1X40ML + 1X10 ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 305050MK  
**LOTE / LOT:** 1148372611  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 07/01/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 01/05/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CAPACIDADE DE LIG. DO FERRO NAO SAT. UIBC R1 40 ML (MYKOV)  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 305040R1MK  
**LOTE / LOT:** 1148352610  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 01/05/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CAPACIDADE DE LIG. DO FERRO NAO SAT. UIBC R2 10 ML (MYKOV)  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 305010R2MK  
**LOTE / LOT:** 1148362610  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 01/05/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO A OPACO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR TO OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELO/CLEAR, YELLOW	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According