

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310189
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION UREIA UV WS R1 4X34,5ML + R2 4X10,3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070179.2RWS
LOTE / LOT: 1111832684
DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/06/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/04/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV R1 34,5ML + R2 10,3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070044.8TWS
LOTE / LOT: 1111842684
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/04/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7.8300
pH R1+R2	7,80 (7,70-7,90)	7.8400
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9.6600
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0.2430
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1.9290
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control