

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310041
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION UREIA UV R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070250K
LOTE / LOT: 10709926332
DATA DE FABR./MANUF. DATE 22/07/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/06/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE UREIA 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070003P
LOTE / LOT: 10725626164
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/12/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV R1 200ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070200R1K
LOTE / LOT: 10720126227
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/07/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070050R2K
LOTE / LOT: 10720426203
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/06/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7,78
pH R1+R2	7,80 (7,70-7,90)	7,78
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,58
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,242
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1,917
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
 Controle de Qualidade / Quality Control