

Certificado de Análise Analysis Certificate

ANVISA 80115310041
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION UREIA UV R1 3X26,67ML + R2 1X20ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070100.01K
LOTE / LOT: 1120482610
DATA DE FABR./MANUF. DATE 23/03/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 24/02/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE UREIA 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070003P
LOTE / LOT: 10725626161
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/07/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV R1 26,67ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 107026.67R1K
LOTE / LOT: 1120602610
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 24/02/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV R2 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070020R2K
LOTE / LOT: 1120612610
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/03/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7,79
pH R1+R2	7,80 (7,70-7,90)	7,83
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,65
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,243
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1,947
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.