

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310189  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** UREIA UV WS R1 2X200ML + R2 1X100ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1070500KWS  
**LOTE / LOT:** A10931125155  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 30/12/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 06/11/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** UREIA UV WS R1 200ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1070200R1KWS  
**LOTE / LOT:** 10930725140  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 27/05/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** UREIA UV WS R2 100ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1070100R2KWS  
**LOTE / LOT:** 10930525134  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 06/11/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7,82
pH R1+R2	7,80 (7,70-7,90)	7,83
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,62
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,246
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1,916
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.