

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310189
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION UREIA UV WS R1 2X200ML + R2 1X100ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070500KWS
LOTE / LOT: A10931126169
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/08/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/07/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV WS R1 200ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070200R1KWS
LOTE / LOT: 10930726153
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/07/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV WS R2 100ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070100R2KWS
LOTE / LOT: 10930526145
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/07/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7,82
pH R1+R2	7,80 (7,70-7,90)	7,83
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,65
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,247
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1,950
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control