Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310189
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	UREIA UV WS R1 2X200ML + R2 1X100ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1070500KWS
LOTE / LOT:	A10931126172
DATA DE FABR./MANUF. DATE	19/11/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/10/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	UREIA UV WS R1 200ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1070200R1KWS
LOTE / LOT:	10930726156
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	18/10/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	UREIA UV WS R2 100ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1070100R2KWS
LOTE / LOT:	10930526148
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/10/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7.8400
pH R1+R2	7,80 (7,70-7,90)	7.8300
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9.5800
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0.2470
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1.9280
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control