

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310189  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** UREIA UV WS R1 4X30ML + R2 2X15ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1070150MWS  
**LOTE / LOT:** 11018725101  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 02/07/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 09/05/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** UREIA UV WS R1 30ML (MIURA)  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1070030R1MWS  
**LOTE / LOT:** A11018825100  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 17/11/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** UREIA UV WS R2 15ML (MIURA)  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1070015R2MWS  
**LOTE / LOT:** A11018925100  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 09/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELADO/CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,251
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1,927
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According